



Zblewo, 18.05.2018

**Dotyczy: Numer sprawy: RO.271.27.2018 - na dostawę dygestoriów dla 5 placówek oświatowych Gminy Zblewo, w ramach projektu „Poznanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo**

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do treści SIWZ wraz z pytaniami.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści dygestoria o głębokości zewnętrznej 960 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści dygestoria o wymiarze 1200x960x2600 mm (szer. x gł. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści dygestoria ze ścianami bocznymi wykonanymi z płyty laminowanej z wstawkami ze szkła hartowanego o wymiarach 400x900 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź 1**

TAK

**Odpowiedź 2**

TAK

**Odpowiedź 3**

TAK